

Protokoll:

Am Sartoris (FDP-Fraktion) fragt bezüglich der auf den Tischen ausliegenden NO₂-Werten warum gerade in der letzten Zeit an der Messstelle Hohenfelder Straße regelmäßig "Fehlstellen" im Graph zu sehen seien.

Herr Mader (Amt 36) vermutet technische Probleme beim Messgerät, sagt aber eine Klärung im Rahmen des Protokolls zu.

Antwort des LfU vom 22.06.2026:

„Wir haben in den letzten Monaten unser gesamtes Messnetz (Stationen) auf LAN umgestellt. Dazu mussten alle Messstationsrechner, die die Stationen steuern (Funktions- und Nullpunktkontrolle) und die Messwerte generieren (Mittelwerte), ausgetauscht werden.

Leider gab es an dieser Station, wie an einigen anderen Stationen im Land, auch ein zeitweise auftretendes Problem bei der Steuerung der Funktionskontrolle. Dies führte dazu, dass unser System, das mit Vorvalidierungsschritten arbeitet an diesen Tagen den Tagesmittelwert verworfen hat. Das Messgerät hat aber im Messbetrieb, also außerhalb der o.g. Kontrollfenster, einwandfrei gearbeitet.

Der Fehler konnte mittlerweile behoben werden. Am 3.6.2026 wurde der NO_x-Analysator routinemäßig getauscht.“